РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **014/2-251**

Тахометр цифровой TESTO 465		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
3138	**0342547**	**17741-06**

Назначение: измерение скорости вращения, частоты

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **± 0,02 % пп.** Диапазон: **(20 - 99999) об/мин**	к. 155; (0 … 50) °С

Результаты первичной поверки от 20 апреля 2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует	-	-

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
260400	20/04/11	**(100 - 2000) об/мин; ± 1 % отн.**
429059	23/07/13	**(100 - 2000) об/мин; ± 1 % отн.**